

# DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

## Blocchetti di riscontro sciolti Art. H 4533

Dichiariamo sotto la nostra responsabilità che il prodotto:



### Blocchetto di riscontro-H 4533

<b>GAUGE BLOCK</b>	<b>512-02</b>
<b>Identification-Number</b>	<b>202267</b>
<b>Standard/Grade</b>	<b>DIN EN ISO 3650 / 1</b>
<b>Material</b>	<b>Steel</b>
<b>Nominal Size (mm)</b>	<b>Deviation (µm)</b>
<b>1,0</b>	<b>+0,10</b>

#### REMARKS

We Control and calibrate to VDI/VDE/DGQ terms of reference. The accuracy is according to DIN EN ISO 3650.  
The room temperature is in average  $20^{\circ}\text{C} \pm 0.2^{\circ}\text{C}$  ( $68^{\circ}\text{F}$ ) Coefficient of thermal expansion:  $(9.5 \pm 1) \times 10^{-6} / \text{C}$

Check – back: The calibration is leaning on the nominal block – Gauges recording to the national normals  
With the physical units of the International System (SI).

Date: 14.12.2020

Examiner: I. Ritschel

*Un Amministratore*  
*Andrea Glavich*